

변성기 오차계기

Transformer Error Meter

주문

KZA- 1 [:] [:]

① ②

① ERROR METER

② 종류

00 변류기용

10 변압기용

개요

계기용 변류기 또는 계기용 변압기의 비오차 및 위상각 측정과 통신기능을 구비한 계기.

특징

- 표준 CT/PT 비오차(%) 및 위상각(min) 오차 보정치 설정 기능
- 통신프로그램으로 검사 Data를 PC로 전송

각부 명칭 및 기능



사양

구분	KZA-100(CT TEST)	KZA-110(PT TEST)
입력	5A, 1A	110/√3, 110V, 220V
측정 범위	2%~130%(0.1A~6A, 0.02A~1.12A)	20V ~ 280V
비오차 표시	Max. ±19.99%	Max. ±19.99%
비오차 정확도(Error)	20% 이상 ±(0.2% of rdg + 2digit) 20% 미만 ±(0.5% of rdg + 2digit)	20% 이상 ±(0.2% of rdg + 2digit)
위상각 표시	MAX. ±199.9min	MAX. ±199.9min
위상각 정확도 (Angle Error)	20% 이상 (±1min rdg + 2digit) 20% 미만 (±2min rdg + 2digit)	20% 이상 (±1min rdg + 2digit)
비오차, 위상각 보정치설정(Offset)	- 5단계(5/10/20/100/120%)입력. - 설정범위 : 0.00~±0.99% / 0.0~±9.9min	- 1단계 입력. - 설정범위 : 0.00~±0.99% / 0.0~±9.9min
PC통신	RS-485	RS-485

결선도 및 치수

단위:mm

